

杭州人安检测科技有限公司

受控编号 Q-RA5J-ZX-127

生效日期 2023-03-05

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	γ 射线剂量率检测	项目编号	HRAZFJ-2023003
用人单位名称	江山南方水泥有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省衢州市江山市虎山街道上铺	联系人	周献军
评价单位	杭州人安检测科技有限公司		
项目编制人	李春	项目审核人	彭瑞
项目负责人	单钦可	项目签发人	朱文强
检查范围	2 台水泥元素在线分析仪（原料工序中 2000 吨生料配料皮带、原料工序的 4000 吨生料配料皮带）		
存在的职业病危害因素	电离辐射（ γ 射线）		
检测人员	单钦可、李春		
检测时间	2023 年 9 月 7 日	用人单位陪同人	周献军
职业病危害因素检测结果结论	依据（GBZ 125-2009）《含密封源仪表的放射卫生防护要求》标准要求，对江山南方水泥有限公司 2 台射线装置工作场所进行了放射防护检测。本次各检测点 X 射线剂量率符合标准要求。		
报告时间	2023 年 10 月 30 日		
评审专家	无	评审时间	无

杭州人安检测科技有限公司

受控编号 Q-RA5J-ZX-127

生效日期 2023-03-05

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

